

## CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL

### CONSTAT DE VERIFICATION N° 59-46CS

Délivré à TRI PESAGE SERVICE  
10, rue Louis Vicat  
75015 PARIS

### CONDITIONS DE VERIFICATION

Procédure : MO003  
Date de vérification : 25/09/2012  
Type de Vérification :  Vérification périodique  
 Vérification initiale

### POIDS VERIFIES

Désignation : Série de Masses de Seuil  
N° de Série : **LAMELLES SEUIL SERIE 3**  
Nombre de Masses : 50  
Composition de la série :

Lamelles de 100mg : 10 pièces  
Lamelles de 200mg : 10 pièces  
Lamelles de 500mg : 10 pièces

Lamelles de 10mg : 5 pièces  
Lamelles de 20mg : 5 pièces  
Lamelles de 50mg : 5 pièces

Lamelles de 1mg : 5 pièces  
Lamelles de 2mg : 5 pièces  
Lamelles de 5mg : 5 pièces



## CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL

### VERIFICATIONS PERIODIQUES

Désignation : Série de Masses de Seuil

N° de Série : Lamelles Seuil SERIE 3

Nombre de Masses : 50

Date	Lieu	Composition de la série	Sanction	Opérateur	Visa
26/09/2011	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ Inchangée	☉ Conforme ○ Non Conforme	PHOTHER	
08/11/2011	10, rue Louis Vicat	Modifiée avec ajout de masses M1 issues du certificat CE 11-2527	☉ Conforme ○ Non Conforme	Cressaty	
25/09/2012	CTVIM 6 rue du bois du pont 95310 SAINT OUEN L'AUMONE	☉ Inchangée	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification périodique selon la procédure MO003	Cressaty	